No. 2010060039

発行日 2010年06月08日

校正証明書

有限会社本多計測器サービス

殿 写

茨城県稲敷郡美浦村土屋3126-465

被校正品

校正日: 2010/06/07	管理番号: HIS-0020
品　名: コンパクトキャル	メーカ: 横河電機
型　式: CA100 (255701)	製造番号: 27KB2218

上記、被校正機器の校正に関わる使用標準器は日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの公的校正機関、またはNIST(National Institute of Standards and Technology)等の国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に トレーサビリティーがとれています。
当機関は、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025:2005)に適合しています。認定番号 RCL00180 (財)日本適合性認定協会(JAB)。

使用標準器

名　称	型　式	管理番号	製造番号	有効期限
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ(Digital Multimeter)	3458A	SV-809	2823A17286	2011/01/21

サンシージャパン株式会社
(SUNSEA JAPAN CO.,LTD)
校正部(The Calibration Department)
1926 Sankakuyama Otuhata
Yaita city TOCHIGI PREF.
329−1574 JAPAN
Telephone. 0287-41-7222
Facsimile. 0287-41-7224

JAPAN COLOR RESEARCH INSTITUTE
6-23, UENO 4 CHOUME, IWATSUKI-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 339-0073, JAPAN

成　績　書

測受研第 A6157 号 G220

有限会社本多計測器サービス　御中

記

試料　標準白色板（ＺＡ６０２０）

測定結果　分光反射率（%）

波長 (nm)	＋０	＋５	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45
350							89.5	90.0	90.6	91.1
400	91.6	91.9	92.2	92.3	92.5	92.7	92.8	92.7	92.8	92.8
450	92.9	92.9	92.9	93.0	93.1	93.0	93.1	93.1	93.3	93.4
500	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.3	93.4	93.4	93.5	93.5
550	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.4	93.4	93.6	93.5
600	93.5	93.4	93.4	93.3	93.4	93.4	93.4	93.4	93.5	93.4
650	93.4	93.3	93.4	93.3	93.3	93.3	93.2	93.2	93.3	93.2
700	93.2	93.2	93.2	93.2	93.1	93.2	93.2	93.2	93.1	93.1
750	93.1	93.0	93.0	93.0	93.0	93.1	93.0			

測定及び計算方法　0-d Sa5 W5 (JIS Z8722)による。
結果は５回測定による平均値。
測定機は日立製分光光度計Ｍ３０７を用いた。

平成１８年１０月１８日

埼玉県さいたま市岩槻区上野4-6-23
財団法人 日本色彩研究所

備　考

◉ 上記の結果は当所にて一年間は保存します。

◉ この証の再発行は致しません。

校 正 証 明 書

COPY

校正証明書番号　011-094799-100

申　込　者	有限会社 本多計測器サービス
住　　所	茨城県稲敷郡美浦村土屋 3126-465
品　　名	ハロゲン電球
形　　名	JD110V65W NP-EH
製　造　者	東芝ライテック株式会社
器 物 番 号	20061

校正年月日　平成 21 年 11 月 20 日

校正の結果は次頁のとおりであることを証明します。

発行年月日　平成 21 年 11 月 26 日

日本電気計器検定所

東京都港区芝浦四丁目 16 番 7 号

校正証明書発行責任者　川田 利之

発行機関の事前の承認なしにこの校正証明書の一部分のみを複製して用いることを禁じます。

JEMIC

校正証明書番号　011-094799-100

COPY COPY

校　正　結　果

点灯電圧	校正値	電流測定値
100.0 V	79.6 cd	0.577 A

COPY

校 正 方 法　校正試験技術基準による。

校 正 条 件　1. 試験室の温度，湿度　23 ℃ ± 1 ℃，60 % ± 5 %

2. 点灯電源は直流を使用し，口金を下にして校正した。

3. 器物番号 20061 が記載されている側を正面に向けて校正した。

COPY COPY

校 正 精 度　± 3 %

校正結果は，日本電気計器検定所が保有する国家標準にトレーサブルな標準器を用いて実施したものです。

COPY

（以　上）

COPY COPY

COPY

COPY COPY

JEMIC