一般校正		ハロゲン電球校正試験サーベイランス統計表		
点灯時間	53h	消耗時間　500h	最終校正日	2019/4/1

試験電圧　100.00V　　電流測定値　0.580A

校正証明書番号　011-152893-100　　日本電気計器検定所 JEMIC

	基準輝度照度		JD110V65W NP-EH （東芝ライテック）製造						
校正日	(cd)		強度	誤差	色彩輝度	x	y	色温度(k)	判定
2018/2/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/3/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/4/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/5/2	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/6/2	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/7/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/8/2	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/9/2	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/10/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/11/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2018/12/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2019/1/5	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2019/2/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2019/3/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
2019/4/1	79.4		79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	**OK**
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								
	79.4								

株式会社本多計測器サービス
筑波校正試験所（技術主任）基準光源
茨城県牛久市ひたち野東1丁目24-17
管理番号　J20160830

校正者	承認者
本多	渡辺