写

校 正 証 明 書

校正証明書番号　011-152313-100

申 込 者	有限会社 本多計測器サービス
住 所	茨城県牛久市ひたち野東353-6-2
品 名	ガウスメーター用標準マグネット
形 名	ST-2
製 造 者	日本電磁測器株式会社
製造番号	001
管理番号	HIS-1062
校正年月日	平成 27年 6月 29日

校正の結果は次頁のとおりであることを証明します。

発行年月日　平成 27年 6月 29日

日本電気計器検定所

東京都港区芝浦四丁目15番7号
校正証明書発行責任者 織原 隆夫

発行機関の書面による承認なしにこの校正証明書の一部分のみを複製して用いることを禁じます。

JEMIC

写

校正証明書番号　011-152313-100

COPY COPY

校　正　結　果

公　称　値	校　正　値
10 mT	10.66 mT

COPY

校正方法　　校正試験技術基準による。

校正条件　　1. 試験室の温度，湿度　23 ℃ ± 1 ℃，55 % ± 5 %

　　2. 校正値は，中心部約 1 mmφの範囲における軸方向の磁束密度である。

校正精度　　±1 %

COPY COPY

校正結果は，日本電気計器検定所が保有する国家標準にトレーサブルな標準器を用いて実施したものです。

（　以　　上　）

COPY

COPY COPY

COPY

COPY COPY

JEMIC

写

校 正 証 明 書

校正証明書番号　011-152312-100

申　込　者	有限会社 本多計測器サービス
住　　所	茨城県牛久市ひたち野東353-6-2
品　　名	ガウスメーター用標準マグネット
形　　名	ST-1
製　造　者	日本電磁測器株式会社
製造番号	002
管理番号	HIS-1063
校正年月日	平成 27年　6月 29日

校正の結果は次頁のとおりであることを証明します。

発行年月日　平成 27年　6月 29日

日本電気計器検定所

東京都港区芝浦四丁目 15 番 7 号
校正証明書発行責任者 織原 隆夫

発行機関の書面による承認なしにこの校正証明書の一部分のみを複製して用いることを禁じます。

JEMIC

写

校正証明書番号　011-152312-100

COPY COPY

校　正　結　果

公　称　値	校　正　値
100 mT	99.9 mT

COPY

校正方法　　校正試験技術基準による。

校正条件　　1. 試験室の温度，湿度　23 ℃ ± 1 ℃，55 % ± 5 %

　　2. 校正値は，中心部約 1 mmφの範囲における軸方向の磁束密度である。

校正精度　　±1 %

COPY COPY

校正結果は，日本電気計器検定所が保有する国家標準にトレーサブルな標準器を用いて実施したものです。

（以　上）

COPY

COPY COPY

COPY

COPY COPY

JEMIC

JEMIC
011-152312-600

発行年月日　平成27年 6月29日

写

トレーサビリティ体系図　—磁束密度—

国家計量標準	日本電気計器検定所	産業界
特定標準器 産業技術総合研究所 協定世界時に同期した原子時計	核磁気共鳴形磁力計 株式会社 エコー電子 EFM-2000AX形	ガウスメーター用標準マグネット 証明書番号：011-152312-100 形　　名：ST-1 製 造 者：日本電磁測器株式会社 製造番号：002 管理番号：HIS-1063 校正年月日：平成27年6月29日

日本電気計器検定所
標　準　部
校正証明書発行責任者
織原　隆夫

JEMIC

JEMIC
011-152313-600

発行年月日　平成27年 6月29日

写

トレーサビリティ体系図　—磁束密度—

国家計量標準	日本電気計器検定所	産業界
特定標準器 産業技術総合研究所 協定世界時に同期した原子時計	核磁気共鳴形磁力計 株式会社 エコー電子 EFM-2000AX形	ガウスメーター用標準マグネット 証明書番号：011-152313-100 形名：ST-2 製造者：日本電磁測器株式会社 製造番号：001 管理番号：HIS-1062 校正年月日：平成27年6月29日

日本電気計器検定所
標準部
校正証明書発行責任者
織原　隆夫

JEMIC