分光反射率標準白色板校正試験サーベイランス統計表

使用時間　257h　　消耗時間　0h　　最終校正日　2020/4/1

成績書番号　A6157号G220　　試料　標準白色板　ZA6020

初回校正年月日　平成18年10月18日　　財団法人日本色彩研究所

波長	分光反射率		校正日	2020/2/1	校正日	2020/3/1	校正日	2020/4/1	
(nm)	0%		実測値	誤差	実測値	誤差	実測値	誤差	
350									
400	91.6		91.6	0.000	91.6	0.000	91.6	0.000	
450	92.9		92.9	0.000	92.9	0.000	92.9	0.000	
500	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
550	93.5		93.5	0.000	93.6	0.100	93.5	0.000	
600	93.5		93.5	0.000	93.5	0.000	93.5	0.000	
650	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
700	93.2		93.2	0.000	93.2	0.000	93.2	0.000	
750	93.1		93.1	0.000	93.1	0.000	93.1	0.000	
波長	分光反射率		校正日	2020/2/1	校正日	2020/3/1	校正日	2020/4/1	
(nm)	5%		実測値	誤差	実測値	誤差	実測値	誤差	
350									
400	91.9		91.9	0.000	91.9	0.000	91.9	0.000	
450	92.9		92.9	0.000	92.9	0.000	92.9	0.000	
500	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
550	93.5		93.5	0.000	93.5	0.000	93.5	0.000	
600	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
650	93.3		93.3	0.000	93.3	0.000	93.3	0.000	
700	93.2		93.2	0.000	93.2	0.000	93.2	0.000	
750	93.0		93.0	0.000	93.0	0.000	93.0	0.000	
波長	分光反射率		校正日	2020/2/1	校正日	2020/3/1	校正日	2020/4/1	
(nm)	10%		実測値	誤差	実測値	誤差	実測値	誤差	
350									
400	92.2		92.2	0.000	92.2	0.000	92.2	0.000	
450	92.9		92.9	0.000	92.9	0.000	92.9	0.000	
500	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
550	93.5		93.5	0.000	93.5	0.000	93.5	0.000	
600	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
650	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	
700	93.2		93.2	0.000	93.3	0.100	93.2	0.000	
750	93.0		93.0	0.000	93.0	0.000	93.0	0.000	
波長	分光反射率		校正日	2020/2/1	校正日	2020/3/1	校正日	2020/4/1	
(nm)	15%		実測値	誤差	実測値	誤差	実測値	誤差	
350									
400	92.3		92.3	0.000	92.3	0.000	92.3	0.000	
450	93.0		93.0	0.000	93.0	0.000	93.0	0.000	
500	93.4		93.4	0.000	93.4	0.000	93.4	0.000	

550	93.5		93.5	0.000	93.5	0.000	93.5	0.000	
600	93.3		93.3	0.000	93.3	0.000	93.3	0.000	
650	93.3		93.3	0.000	93.3	0.000	93.3	0.000	
700	93.2		93.2	0.000	93.2	0.000	93.2	0.000	
750	93.0		93.0	0.000	93.0	0.000	93.0	0.000	

株式会社本多計測器サービス
筑波校正試験所（基準白色板）標準白色板
茨城県牛久市ひたち野東4丁目24-14

校正者	承認者
本多	渡辺

上記、基準白色板は基準からの変動を毎月のサーベイランスを行い統計表にまとめた書類です。

これらの、サーベイランス測定はISO17025に基ずくものであり校正業務の機器維持管理の一環としています。