校正証明書番号　011-152893-100

校　正　結　果

試験電圧	校正値
100.0 V	79.4 cd

校　正　方　法　　校正試験技術基準による。

校　正　条　件　　1. 試験室の温度，湿度　23 ℃ ± 1 ℃，60 % ± 5 %

2. 点灯電源は直流を使用し，口金を下にして校正した。

3. 器物番号20061が記載されている側を正面に向けて校正した。

4. 試験電圧100.0 Vにおける電流測定値：0.580 A

校　正　精　度　　±3 %

校正結果は，日本電気計器検定所が保有する国家標準にトレーサブルな標準器を用いて実施したものです。

(以　上)

COPY

JEMIC

校 正 証 明 書

校正証明書番号　011-152893-100

申　込　者	有限会社 本多計測器サービス
住　　所	茨城県牛久市ひたち野東 353-6-2
品　　名	ハロゲン電球
形　　名	JD110V65W NP-EH
製　造　者	東芝ライテック株式会社
器 物 番 号	20061

校正年月日　平成 27 年　7 月　30 日

校正の結果は次頁のとおりであることを証明します。

発行年月日　平成 27 年　7 月　30 日

日本電気計器検定所

東京都港区芝浦四丁目 15 番 7 号
校正証明書発行責任者 織原 隆夫

発行機関の書面による承認なしにこの校正証明書の一部分のみを複製して用いることを禁じます。

JEMIC