一般校正		ハロゲン電球校正試験サーベイランス統計表		
点灯時間	71h	消耗時間　500h	最終校正日	2022/6/1

電流測定値　0.580A

校正証明書番号　011-152893-100　日本電気計器検定所 JEMIC

	基準輝度照度	JD110V65W NP-EH （東芝ライテック）製造						
校正日	(cd)	強度	誤差	色彩輝度	x	y	色温度(k)	判定
2021/4/28	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/5/30	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/6/30	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/7/28	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/8/30	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/9/28	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/10/30	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/11/30	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2021/12/28	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2022/1/5	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2022/2/1	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2022/3/1	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2022/4/1	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2022/5/1	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK
2022/6/1	79.4	79.4	0.00	100.0	0.507	0.420	2855	OK

株式会社本多計測器サービス
筑波校正試験所（技術基準）基準光源
茨城県牛久市ひたち野東4丁目24-14
管理番号　J20160830

校正者	承認者
本多	渡辺