JCSS 0026

KONICA MINOLTA

証明書番号 ILLU-221351
総数１頁の１頁

校　正　証　明　書

依頼者名　株式会社本多計測器サービス

住　所　茨城県牛久市ひたち野東４－２４－１４

品　名　照度計

型　式　Ｔ－１０本体　／　Ｔ－１０Ｐ受光部

製品番号　４０３１１０５２　／　６１３２１００８

製造者名　コニカミノルタセンシング株式会社

校正項目　照度

校　正　値

校正照度（lx）	校正値（lx）
１５０	１５０．７
５００	５０２
１０００	１００５
２０００	２００９
３０００	３０１０

校正の不確かさ　1.2 %　（信頼の水準　約 95 %　包含係数　k = 2）
但し、低照度において小数点以下の表示が１桁の製品については以下のとおり
1.6 %　（ 5.0 lx ≦ 表示値 ＜ 10.0 lx ）
6.0 %　（　表示値 ＜ 5.0 lx ）

校正の方法　照度の校正要領（ST-R-7106）による。

校正場所　当社標準室

校正の条件　温度　23 ℃ ± 2 ℃　相対湿度 75 % 以下

校正年月日　２０２２年　５月２０日

校正結果は、上記に示すとおりであることを証明します。

発行年月日　２０２２年　５月２３日

大阪府堺市堺区大仙西町三丁９１番地
コニカミノルタ株式会社
センシング事業本部　ＬＤ＆ＣＡ事業部
品質保証部　部長　中丸 晃男

・この証明書は、計量法第１４４条（第一項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。
・発行機関の事前の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。また、複製を行った場合は正本と区別するため、その複製の表面に「COPY」、「複写」、「写し」等を明瞭に表示する必要があります。
・この証明書を発行した事業者は、ISO/IEC 17025:2017(JIS Q 17025)に適合しています。
・この証明書は、ILAC（国際試験所認定協力機構）及びAPAC（アジア太平洋認定協力機構）のMRA（相互承認）に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。