特定計量器PH濃度計校正試験成績書

管理番号 2M-1A-05

顧客名	殿	校正作業日	2018年9月20日
報告書番号	99HI-	メーカ名	東亜DKK株式会社
校正型式		製造番号	824094
設置場所			

温度指示値比較校正（規格値　±0.5℃）

基準値温度	指示値温度	差異温度	判　定
21.5	21.0	0.5	OK

校正項目　　JCSS標準液にて校正

確　度	PH4/7標準液にて±0.1PH以内(20℃)		センサー電極部		
校正標準液	PH 4	PH 7	型 式	5600-5F	
基準値　PH	4.00	6.88	製造番号	*****	
実測値　PH	4.01	6.88	製造年月日	2017年9月	
差異　PH	0.01	0.00	作業基準		判　定
規格値	(3.91～4.11)	(6.78～6.98)	センサー	清掃	OK
外部出力	0.00	0.00	変換部	KCL補給	OK
判　　定	OK	OK	ジャックション	感度確認	OK

総合試験　　判　定

1. 外観判定	(規格:損傷のない事)				OK
2. バッテリーチエック	(規格値動作電圧:0.0±0.0V)		実測値	0.0V	
3. 動作試験	(標準液にて測定正常に動作する事)				OK
4. 指示計確認	(動作中指示に支障がない事)				OK
5. 電送出力電圧確認	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%	OK
6. 表示部指示確認	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%	OK

標　準　器

機器名	メーカ名・商品名	型式番号	証明番号	校正期限
参照標準器	横河電機株式会社	CA-100	2018070201	2019年11月14日
常用標準器	株式会社堀場製作所	F-22	EP-07976	2019年10月29日

管201808-01

校正事業所　　株式会社木幡計測器サービス

筑波校正試験所　　茨城県牛久市ひたち野東4丁目24－14

校正者	承認者
本多	渡辺