一般校正		光パワーメータ校正試験サーベイランス統計表					
参照標準器	VEGA	製造番号	808054	製造者	OPHIR OPTRONICS	最終校正日	2018/4/1
	補正係数	1.06		校正内容	8250Aの基準デターから算出		
	校正証明書番号		7Z02767		OPHIR		

	OPHIR校正値(uw)		社内校正誤差(uw)		OPHIIR校正値(uw)		社内校正誤差(uw)		
校正日	基準波長	校正値	校正試験	誤差	基準波長	校正値	校正試験	誤差	判定
2016/12/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/1/5	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/2/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/3/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/4/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/5/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/6/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/8/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/9/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/10/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/11/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2017/12/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2018/1/5	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2018/2/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2018/3/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2018/4/1	850nm	1.00	1.00	0.0	1550nm	1.00	1.00	0.0	OK
2018/5/1									
2018/6/1									
2018/7/1									
2018/8/1									
2018/9/1									
2018/10/1									
2018/11/1									
2018/12/1									
2019/1/5									
2019/2/1									

株式会社本多計測器サービス
筑波校正試験所（技術主体）参照標準器光計測計

校正者	承認者
本多	渡辺

機器変動率　0.00%

経時変化率　12か月　0.00%　24か月　0.00%