紫外線照度計校正試験成績書

管理番号

見本

顧客名	殿	校正日	2017年9月27日
成績書番号	99HI- 13251	メーカ名	株式会社トプコンテクノハウス
校正型式		製造番号	16032322
		校正環境	温度23±1℃　湿度50±20%

校正項目

確　度	±3%（0.01-199）mW/cm2	センサー検査試験表	
レンジ	H	型　式	PD365A2
校正標準照度（mW/cm2）	50.0	製造番号	16032312
実測照度　（mW/cm2）	49.7	試験波長	365 nm
値　差	0.3	内部調整	無
判定規格値	（48.4～51.6）mW	校正前指示値	49.7
出力電圧(V)	0.0497	校正後指示値	49.7
判　定	OK	誤　差	0.0

総合試験

					判　定
1. 外観判定	（校正に対し影響を及ぼさない事）				OK
2. 動作試験	（標準器にて校正、正常に動作する事）				OK
3. 指示計確認	（動作中指示に支障がない事）				OK
4. 出力電圧確認	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%以内	OK
5. 表示部指示確認	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%以内	OK
6. 直線性の確度	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%以内	OK

標 準 器

機器名	名　　称	型　　式	試績番号
基準器	分光放射照度標準電球	100V500W	011-081318-100
常用標準器	紫外線照度計	UIT-150-A	76980/76971
常用標準器	コンパクトキャル	2557-01(CA100)	2016090049

管201709-S01

校正機器	分光放射照度標準電球	紫外線照度計	コンパクトキャル
校正期限	2018年10月27日	2018年11月27日	2018年10月15日

承認者	校正者
渡辺	本多

校正事業所　　株式会社　本多計測器サービス

筑波校正試験所　　茨城県牛久市ひたち野東4丁目24－14

株式会社本多計測器サービス印