紫外線照度計校正試験成績書

管理番号

顧客名		殿	校正日	
成績書番号	99HI- 16605		メーカ名	ウシオ電機株式会社
校正型式	UIT-101		製造番号	011002
			校正環境	温度23±1℃　湿度50±20%

校正項目

確　度	±3%（0.01-199）mW/cm2	センサー検査試験表	
レンジ	M	型　式	UVD-365PD
校正標準照度（mW/cm2）	50.0	製造番号	0X070
校正後実測照度（mW/cm2）	50.0	試験波長	365 nm
値　差	0.0	校正前CAL	79.4
判定規格値	（48.5～51.5）mW	校正前照度	49.0 mW
出力電圧(V)	0.0500	校正後CAL	76.0
判　定	OK	校正後照度	50.0 mW

＊校正前CAL値と校正後CAL値が同じであれば内部調整は行っておりません。

総合試験

					判　定
1. 外観判定	（校正に対し影響を及ぼさない事）				OK
2. 動作試験	（標準器にて校正、正常に動作する事）				OK
3. 指示計確認	（動作中指示に支障がない事）				OK
4. 出力電圧確認	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%以内	OK
5. 表示部指示確認	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%以内	OK
6. 直線性の確度	規格値　±1%以内	実測値 ±	0.5	%以内	OK

標 準 器

機器名	名　　称	型　　式	発行番号
基準器	紫外線照度計	UIT-250A	501417

＊標準器の基準器及び常用標準器の校正内容は毎月のサーベイランス統計表のデーターを参照して校正期限を決めております。

管202204-B1

校正機器	紫外線照度計	校正期限	2023年10月23日

校正事業所　株式会社　本多計測器サービス

筑波校正試験所　茨城県牛久市ひたち野東4丁目24－14

承認者	校正者
橋本	本多